

外切- β -1, 4-葡聚糖酶 (C1) /纤维二糖苷酶活性测定试剂盒说明书

微量法 100 管/48 样

正式测定前务必取 2-3 个预期差异较大的样本做预测定

测定意义：

C1 (EC3.2.1.91) 存在于细菌、真菌和动物体内，是纤维素酶系的组份之一，C1催化多聚糖链的末端非还原端释放出纤维二糖和葡萄糖。

测定原理：

采用3,5 - 二硝基水杨酸法测定C1催化微晶纤维素降解产生的还原糖的含量。

组成：

产品名称	GMS049-100T/48S	Storage
提取液：液体	100ml	4°C
试剂一：液体	6ml	4°C
试剂二：液体	25ml	4°C
说明书	一份	

自备仪器和用品：

酶标仪/可见分光光度计、水浴锅、离心机、可调式移液器、96 孔板/微量石英比色皿、研钵、冰和蒸馏水。

样品测定的准备：

1、细菌或培养细胞：先收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清；按照细菌或细胞数量 (10⁴ 个) : 提取液体积 (ml) 为 500~1000: 1 的比例 (建议 500 万细菌或细胞加入 1ml 提取液)，超声波破碎细菌或细胞 (冰浴，功率 20% 或 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次)；8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

2、组织：按照组织质量 (g) : 提取液体积(ml)为 1: 5~10 的比例 (建议称取约 0.1g 组织，加入 1ml 提取液)，进行冰浴匀浆。8000g 4°C 离心 10min，取上清，置冰上待测。

3、血清 (浆) 样品：直接检测。

测定步骤：

1、分光光度计或酶标仪预热 30min 以上，调节波长至 540nm，蒸馏水调零。

2、加样表 (在 EP 管中依次加入下列试剂)：

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司，保留一切权利



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线：0518-81263339

官网: <http://www.bio149.com>

试剂名称 (μl)	测定管	对照管
样本	10	10
试剂一	100	
蒸馏水		100
混匀, 37°C准确水浴 2h		
试剂二	200	200

混匀, 90°C水浴 10min (盖紧, 防止水分散失), 冷却后, 取 200μl 至微量石英比色皿或 96 孔板中, 测 540nm 下吸光值 A, 计算ΔA=A 测定管-A 对照管。每个测定管需设一个对照管。

C1 活性计算

a.用微量石英比色皿测定的计算公式如下

1、标准条件下测定回归方程为 $y = 6.4078x - 0.0673$; x 为标准品浓度 (mg/ml), y 为吸光值。

2、血清 (浆) C1 活力的计算

单位的定义: 每 ml 血清 (浆) 每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{C1 活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{ml}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 6.4078 \times V \text{ 反总}] \div V \text{ 样} \div T \\ &= 14.305 \times (\Delta A + 0.0673) \end{aligned}$$

3、细胞、细菌和组织中 C1 活力的计算

(1) 按照蛋白浓度计算

单位的定义: 每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{C1 活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 6.4078 \times V \text{ 反总}] \div (V \text{ 样} \times Cpr) \div T \\ &= 14.305 \times (\Delta A + 0.0673) \div Cpr \end{aligned}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义: 每 g 组织每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{C1 活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 6.4078 \times V \text{ 反总}] \div (W \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T \\ &= 14.305 \times (\Delta A + 0.0673) \div W \end{aligned}$$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义: 每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{C1 活力}(\mu\text{g}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 6.4078 \times V \text{ 反总}] \div (500 \times V \text{ 样} \div V \text{ 样总}) \div T \\ &= 0.0286 \times (\Delta A + 0.0673) \end{aligned}$$

1000: 1mg/ml=1000ug/ml; V 反总: 反应体系总体积, 0.11ml; V 样: 加入样本体积, 0.01 ml; V 样总: 加入提取液体积, 1 ml; T: 反应时间, 120 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/ml; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。

b.用 96 孔板测定的计算公式如下

1、标准条件下测定回归方程为 $y = 3.2039x - 0.0673$; x 为标准品浓度 (mg/ml), y 为吸光值。

2、血清 (浆) C1 活力的计算

单位的定义: 每 ml 血清 (浆) 每分钟催化产生 1μg 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$\begin{aligned} \text{C1 活力}(\mu\text{g}/\text{min}/\text{ml}) &= [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 3.2039 \times V \text{ 反总}] \div V \text{ 样} \div T \\ &= 28.61 \times (\Delta A + 0.0673) \end{aligned}$$

3、细胞、细菌和组织中 C1 活力的计算

最终解释权所有 © 伊势久 (江苏连云港) 生物科技有限责任公司, 保留一切权利



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线: 0518-81263339

官网: <http://www.bio149.com>

(1) 按照蛋白浓度计算

单位的定义：每 mg 组织蛋白每分钟催化产生 1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$C1 \text{ 活力} (\mu\text{g}/\text{min}/\text{mg prot}) = [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 3.2039 \times V_{\text{反总}}] \div (V_{\text{样}} \times C_{\text{pr}}) \div T$$
$$= 28.61 \times (\Delta A + 0.0673) \div C_{\text{pr}}$$

(2) 按样本鲜重计算

单位的定义：每 g 组织每分钟催化产生 1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$C1 \text{ 活力} (\mu\text{g}/\text{min}/\text{g 鲜重}) = [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 3.2039 \times V_{\text{反总}}] \div (W \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T$$
$$= 28.61 \times (\Delta A + 0.0673) \div W$$

(3) 按细菌或细胞密度计算

单位的定义：每 1 万个细菌或细胞每分钟催化产生 1 μ g 葡萄糖定义为一个酶活力单位。

$$C1 \text{ 活力} (\mu\text{g}/\text{min}/10^4 \text{ cell}) = [1000 \times (\Delta A + 0.0673) \div 3.2039 \times V_{\text{反总}}] \div (500 \times V_{\text{样}} \div V_{\text{总}}) \div T$$
$$= 0.057 \times (\Delta A + 0.0673)$$

1000: 1mg/ml=1000 μ g/ml; V 反总: 反应体系总体积, 0.11ml; V 样: 加入样本体积, 0.01 ml; V 样总: 加入提取液体积, 1 ml; T: 反应时间, 120 min; Cpr: 样本蛋白质浓度, mg/ml; W: 样本质量, g; 500: 细菌或细胞总数, 500 万。

